



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2^η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Ρόδος, **21/10/2011**

Αριθμ. πρωτ. **27675**

Ταχ. δ/ση: 85100 - Ρόδος
Τ.Θ. 138 - Ρόδος
Πληροφορίες: Βεζύρη Αγγελική
Τηλέφωνο: (22410) 80158,80379
FAX: (22410) 80026
mail: a.veziri@rhodes-hospital.gr

Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά, μέχρι και την **Πέμπτη 03/ 11 / 2011**, για το εξής είδος:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΒΙ-ΡΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Η συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης μη επεμβατικού αερισμού Bi-
pap να είναι κατασκευασμένη για τη χορήγηση συνεχούς θετικής
πίεσης τόσο κατά την εισπνοή όσο και κατά την εκπνοή και να μπορεί
να εφαρμοστεί στον ασθενή με ρινική ή στοματορινική μάσκα ή full –
face mask.
2. Να διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες :GPAP, SPNTANEOUS(S).
3. Σε λειτουργίας S και για πιέσεις IPAP έως 20 cm H₂O περίπου.
4. Οι τιμές IPAP και EPAP να ρυθμίζονται εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ
τους (από 4-20 cm H₂O η IPAP και από 4-20 cm H₂O περίπου η
EPAP).Οι τιμές να είναι ανεξάρτητες της ροής και να εξασφαλίζουν
τον παρεχόμενο όγκο .
5. Η συνεχής ροή με την επιλεγείσα πίεση να μπορεί να εφαρμόζεται τόσο
συνεχώς (CPAP)όσο και κατ' επίκληση με αυτόματο προσδιορισμό της
διέγερσης και παύσης (trigger).

6. Να έχει οπτικές ενδείξεις για εισπνευστικές και εισπνευστικές πιέσεις και αριθμό αναπνοών .
7. Να διαθέτει κάρτα μνήμης όπου να καταγράφονται όλα τα στοιχεία χρήσης της συσκευής.
8. Να συνδέεται με παροχή O₂ χαμηλής πίεσης με τη χρήση συνδετικού οξυγόνου για τον εμπλουτισμό του παρεχόμενου μείγματος χωρίς να επηρεάζεται η ροή .
9. Να διαθέτει φίλτρα για σκόνη ,καπνό, γύρη κ.λ.π.
10. Να έχει χρονόμετρο λειτουργίας για έλεγχο χρήσης .
11. Να έχει συναγερμούς: αποσύνδεσης –διακοπής τροφοδοσίας ή δυσλειτουργίας

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ:

12. Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς επίσης και την περιοδικότητα τους για τη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της εγγύησης του μηχανήματος .
13. Να γίνει εκπαίδευση τεχνικών (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) με έξοδα της εταιρείας και χρηστών στο χώρο του Νοσοκομείου και να παραδοθεί το αναλυτικό service manual, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει αναλυτικό ηλεκτρονικό διάγραμμα ,error code & part list.
14. Να παραδοθούν operation manuals στα ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών .
15. Να έχει CE mark και πιστοποίηση κατά ISO.
16. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο(2) χρόνια τουλάχιστον ,η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία που το μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία και η εταιρεία έχει εκπληρώσει όλες τις προδιαγραφές .
17. Να έχει τεχνική κάλυψη(service και ανταλλακτικά) για δέκα χρόνια τουλάχιστον.

4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

**ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (3.500,00 Ευρώ)
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ**

3.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

**ΑΜΕΣΑ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ**

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες και εγκυκλίους της ΕΠΥ παρακαλούμε οι τιμές των προσφορών σας να είναι **όσο το δυνατό χαμηλότερες** σε σχέση με τις έως τώρα προσφερόμενες τιμές, καθώς και κατώτερες των τιμών του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ (εφόσον το ζητούμενο είδος περιέχεται σε αυτό).

Σας παρακαλούμε να αναφέρετε στην οικονομική σας προσφορά τον χρόνο ισχύος της, το Φ.Π.Α., τον κωδικό εμπορίου, καθώς επίσης και το χρόνο παράδοσης μετά την παραγγελία.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε το παραπάνω είδος ετοιμοπαράδοτο ή δεν επιθυμείτε να προβείτε σε προσφορά παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως.

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Εσωτερική Διανομή

Γραμματεία
Φάκελο Διαγωνισμού